



Żary, dn. 24.04.2015r.

## WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w zapytaniu ofertowym, przedmiot zamówienia : dostawy wraz montażem i przeszkoleniem personelu wirówki laboratoryjnej na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia będącego wyrobem laboratoryjnym nie certyfikowanym pod kątem dyrektywy 93/42/EWG oraz zgodnego z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) spełniające wszystkie pozostałe wymogi techniczne opisane w specyfikacji parametrów technicznych wirówki laboratoryjnej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy urządzenia z dwóch tygodni od momentu podpisania umowy do sześciu tygodni od zawarcia umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy dopuszczają Państwo wirówkę o parametrach takich, jak opisane poniżej? Załączamy również zdjęcie oferowanej wirówki.

W zaoferowanym wyposażeniu ujęto dwa zestawy wkładek redukcyjnych:

- do probówek Sarstedt 5 ml 11 x 108 mm oraz
- do probówek otwartych 16 x 100 mm

### Nazwa i adres Wykonawcy \*) :

Typ \*) : C2 Series Centrifuge Model\*) PrO-Hospital LL Rok Produkcji: 2015

Producent\*): CENTURION Scientific Ltd

Kraj producenta\*): Wielka Brytania

### Lp. Opis wymaganego parametru:

1	Pojemność 1 litr
2	Prędkość wirowania 500 - 15000 obr./min.
3	Maksymalne przyspieszenie 22000 x g
4	Czas wirowania od 1 min do 99 min
5	Funkcje: - tryb pracy ciągłej - tryb pracy krótkotrwałej
6	Wysokiej jakości, bezobsługowy silnik bezszczotkowy (BLDC)
7	Wyświetlacz LED o lepszych parametrach, niż LCD
8	Regulacja: RPM z automatycznym odczytem RCF
9	Sygnalizacja niewyważenia
10	Blokada pokrywy
11	Awaryjne otwieranie pokrywy

12	Możliwość doposażenia wirówki w 10 innych wirników m.in. na płytki MTP, probówki 50 ml Falcon z możliwością redukcji na mniejsze pojemności
	Dodatkowe wyposażenie:
13	- aluminiowy wirnik wyhyłowy 4 gniazdowy x 250 ml, maks.prędkość nie mniejsza niż 4 000 rpm, maks. RCF 2600 xg z akcesoriami umożliwiającymi wirowanie probówek : - wkładki redukcyjne 7x15 /10 ml do probówek 10-15 ml o wymiarach (Ø16x100mm) łącznie 28 miejsc - wkładki redukcyjne 7x5 ml do probówek Sarstedt o wymiarach (Ø11 x 108 mm) łącznie 28 miejsc
	Zasilanie zgodne z 230 V, 50
14	Hz
15	Deklaracja zgodności/certyfikat CE , IVD świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z wydanym certyfikatem
16	producenta
17	Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Olszański*