

## WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia **dostawa lamp zabiegowych, ogrzewaczy do pielęgnacji noworodków, wag, mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach** informujemy:

1. Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę niemowlęcą o wymiarach 650x360x65 mm? Parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiający wymaga wagi niemowlęcej zasilanej oprócz zasilania bateryjnego (baterie R9) również sieciowo (zasilacz w zestawie)? Rozwiązanie dużo korzystniejsze dla Zamawiającego pozwalające na ciągłość pracy.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia, montażu, uruchomienia i dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien stanowić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę wyposażoną w funkcję: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie, a zrezygnuje z funkcji BMIF?  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą o wymiarach wagi 310x320x60 mm oraz wymiarach szalki: 560x290x120 mm? Jest to parametr. Który nie wpływa na parametry użytkowe wagi.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Olszański*