

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 1

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **dostawa lamp zabiegowych, ogrzewaczy do pielęgnacji noworodków, wag, mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach**

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:

1. Załącznika nr 18, tj. Zadania nr 4 waga niemowlęca, polegającą na wykreśleniu z tabeli przedstawiającej parametry i warunki graniczne poz. nr 6. tj. wymiary (szer. x wys. x głęb.): 570 x 330 x 150 mm.
2. Załącznik nr 19, tj. Zadanie nr 5 szafy medyczne pod zabudowę, polegającą na zmianie zapisu poz. nr 2 w tabeli przedstawiającej **Wymagane parametry** - Opis minimalnych wymagań:

Było:

Drzwi, fronty, – czoła wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco - wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi. Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe min. 2- punktowe, osadzone w ramie drzwiowej. Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo). Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Drzwi przeszkłone szybą bezpieczną gr. minimum 6 mm.

Winno być:

Drzwi, fronty, – czoła wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco - wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi. Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe min. 2- punktowe, osadzone w ramie drzwiowej. Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo). Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Drzwi przeszkłone szybą bezpieczną gr. minimum 6 mm.

Fronty malowane proszkowo wg palety RAL.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **22.10.2015 r.** do godz. 11⁰⁰, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **22.10.2015 r.** o godz. 11.15

W załączeniu:

- Załącznik nr 18 i 19 po modyfikacji

Z poważaniem

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański

Specyfikacja parametrów technicznych
Szafy medyczne pod zabudowę – dotyczy Zadania nr 5

Producent:

Rok produkcji: **2015**

L.p.	Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań	Warunek wymagane	Parametry oferowane (podać)
1.	Konstrukcja i korpus - Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z blachy w systemie dwuwarstwowym zapewniającym odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów, nie dopuszcza się widocznego nitowania lub skręcania elementów korpusów	TAK	
2.	Drzwi, fronty, – czoła wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco - wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi. Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe min. 2- punktowe, osadzone w ramie drzwiowej. Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo). Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Drzwi przeszklone szybą bezpieczną gr. minimum 6 mm. Fronty malowane proszkowo wg palety RAL	TAK	
3.	Uchwyty - wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery C.	TAK	
4.	Półki - w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	TAK	
5.	Zawiasy - wysokiej jakości, pokryte materiałem niekorozyjnym, pozwalające na regulację 3D elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samo domykania.	TAK	
6.	Nóżki - meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek)	TAK	
7.	Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu oraz koszty obróbki otworu wnękowego w razie potrzeby listwami maskującymi	TAK	
8.	Atest dopuszczający stosowanie szaf w obiektach służby zdrowia	dołączyć	

Uwaga:

1. Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.
2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Warunek wymagane” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..... dnia

.....
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**Waga niemowlęca – dot. Zadania nr 4**

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: **2015**

Lp.	PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE	WYMAGANY PARAMETR	OFEROWANY PARAMETR-PODAĆ OPIS
1.	Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III lub IV	TAK	
2.	Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub/i leżącej	TAK	
3.	Instalacja obsługi w języku polskim i szkolenie w pakiecie z wagą.	TAK	
4.	Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi.	TAK	
5.	Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki funkcji BMIF	TAK	
6.	POZYCJA WYKREŚLONA		
7.	4 podgumowane punkty podparcia wagi	TAK	
8.	10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie	TAK	
9.	Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z materiału ABS	TAK	
10.	Szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci funkcją HOLD - dzięki temu można zająć się niemowlęciem, a następnie zanotować wynik ważenia.	TAK	
11.	Obciążenie maksymalne: min. 20 kg	TAK	
12.	Działka elementarna: 10 g < 10 kg > 20 g	TAK	
13.	Zakres TARA: min. 20 kg	TAK	
14.	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 552 x 156 x 332 mm	TAK	
15.	Funkcje: TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie	TAK	
16.	Zasilanie elektryczne: 6 baterii typu R6 ("paluszki")	TAK	
17.	Wyświetlacz / Wysokość cyfr: LCD / min. 20 mm	TAK	
18.	Ma możliwość ponownej legalizacji	TAK	
19.	Posiada tabliczkę znamionową ze wszelkimi niezbędnymi informacjami.	TAK	

20.	Dokumenty: Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych deklaracje ze znakiem CE	TAK Załączyć	
-----	--	-----------------	--

Gwarancja, Serwis

(wszystkie tabele wyszczególnione w załączniku należy wypełnić ścisłymi informacjami pod rygorem odrzucenia oferty)

Warunki gwarancji i serwisu		
1	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu [miesiące] – min. 24 miesiące	
2	Gwarantowany czas naprawy awarii - 5 dni (w przypadku części będących w magazynie serwisu), - 14 dni (w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy).	
Dane serwisu		
1	Nazwa serwisu	
2	Dokładny adres	
3	Numer telefonu	
4	Numer faksu	

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „warunek wymagane” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.....
data i podpis osoby upoważnionej