

## WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „**Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2**”, informujemy:

1. Z uwagi na warunki gwarancji świadczone przez producentów wirówek laboratoryjnych prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ustęp 6a wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca zapewni w tym okresie, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych. Powyższy zapis nie dotyczy wirówki laboratoryjnej.” W przypadku odpowiedzi odmownej Wykonawcy będą zmuszeni uwzględnić w cenie oferty wartość zakupu dodatkowej wirówki w celu zapewnienia sprzętu zastępczego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Olszański*