

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 10 poz. 17,18 Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 10 poz. 17,18 Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii o długości do kolan?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki foley w opakowaniu papier-folia?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki foley sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odp. Zamawiający wymaga cewników sterylizowanych radiacyjnie.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 10 poz. 2-3 Czy Zamawiający dopuści cewniki foley z końcówką Nelaton silikonowy dostępne w rozmiarach CH 8-24?
Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 6 Zadanie nr 10 poz. 2-3 Czy Zamawiający dopuści cewniki foley wykonane z lateksu, silikonowany na całej powierzchni?
Odp. Zamawiający wymaga aby cewnik wykonany był z latexu, cewnik obustronnie silikonowany.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki foley w rozmiarach w zakresie CH 20-24?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Zadanie nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki foley z końcówką Tiemann w rozmiarach w zakresie CH 14-18 i standardowy cewnik Tiemann wykonany z PCV w rozmiarach CH 8-12?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 9 Zadanie nr 10 poz. 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki do odsysania posiadały konektory półprzezroczyste? Taka cecha nie ma żadnych właściwości użytkowych.
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 10 Zadanie nr 10 poz. 5-8 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki dostępne w jednej długości 105 cm?
Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11 Zadanie nr 10 poz. 12-13 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki posiadały konektory półprzezroczyste?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 12 Zadanie nr 10 poz. 12-13 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki posiadały zmrożoną powierzchnię?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 13 Zadanie nr 10 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50 cm z perforacją na odcinku 10 cm tj. 1/5 długości drenu?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 14 Zadanie nr 10 poz. 16 Czy Zamawiający oczekuje drenów w całości wykonane z silikonu?
Odp. Tak.

Pytanie nr 15 Zadanie nr 10 poz. 17 Czy Zamawiający oczekuje drenów w całości wykonane z silikonu z ramionami o długości 45 x 18 cm?
Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 16 Zadanie nr 10 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 37 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 17 Zadanie nr 10 poz. 20 Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 30 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 Zadanie nr 3, poz. 16, 17: Czy Zamawiający oczekuje, aby majtki chłonne były pakowane po 30szt. w opakowaniu?
Odp. Tak.

Pytanie nr 19 Zadanie nr 3, poz. 19, 20: Czy Zamawiający wymaga, aby jałowe serwety operacyjne były pakowane pojedynczo?
Odp. Tak.

Pytanie nr 20 Zadanie nr 3, poz. 30, 31: Czy Zamawiający dopuści plastry z tkaniny z nieuczulającym klejem kauczukowym z tlenkiem cynku?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 Zadanie nr 3, poz. 60: Czy Zamawiający dopuści kule gazowe z nitką RTG w rozmiarze 50x50cm a'20szt. z przeliczeniem wymaganych ilości?
Odp. Proszę nie wyceniać tej pozycji.

Pytanie nr 22 projekt umowy Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odp. 90%

Pytanie nr 23 projekt umowy Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 24 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 25 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1

1. Obciążające Wykonawcy:

- a) W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianych artykułów medycznych z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki po dniach roboczych od przekazanego zamówienia:
- do czwartego dnia zwłoki – po – 0,1% wartości **brutto** nie zrealizowanej w terminie dostawy
 - natomiast po czwartym dniu – po – 1 % wartości **brutto** nie zrealizowanej w terminie dostawy licząc za każdy następny, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy**

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański