

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterosegmentowym leżem o konstrukcji z profilowanej blachy epoksydowanej lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie, wypełnionym panelami z tworzywa sztucznego?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
2. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznie realizowanymi regulacjami z panelu pielęgniarskiego z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta, lub odłożenia na półce na pościel?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
3. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wewnątrz których konstrukcja metalowa zatopiona jest na stałe, co znacznie wzmacnia wytrzymałość szczytu, montowane do ramy łóżka pośrednio za pomocą konstrukcji rurowej?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
4. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z łatwo opuszczaną i podnoszoną tworzywową dźwignią umożliwiającą demontaż szczytów, zabezpieczającą przed przypadkowym wyjęciem szczytów?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
5. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający wymaga szafkę o konstrukcji obustronnej z możliwością postawienia szafki z prawej lub lewej strony łóżka?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
6. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji metalowej, lakierowanej proszkowo, z blatami z białego tworzywa ABS?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
7. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w: blat główny, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta, szafkę i półkę na obuwie?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
8. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę z wysuwającym blatem do karmienia pacjenta z mechanizmem opartym na bezawaryjnej konstrukcji jednej wysuwanej kolumny?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną i wsuwaną na prowadnicach suwnych?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

10. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę z przestrzenią na rzeczy pacjenta pomiędzy szufladą a kontenerem ze swobodnym dostępem z 4 stron?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

11. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym z tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zapobiegającymi spadaniu przedmiotów i rozlaniu się płynów?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

12. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 84 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym i szerokości 40 cm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

14. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę z przestrzenią pomiędzy szufladą a szafką o wysokości 11 cm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, montowane pod ramą w specjalnych tulejach wyposażone w mechanizm zatraskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko zamiast paneli sterujących wbudowanych w barierki boczne z pilotem przewodowym?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na łóżka szpitalne bez szafek przyłóżkowych i tym samym umożliwia przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co może być korzystne z punktu widzenia ekonomicznego dla szpitala?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PREZES ZARZADU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański