

Żary, dn. 12.12.2016r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość całkowitą wynoszącą 960 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem opartym na konstrukcji kolumnowej podpartej w dwóch punktach?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżek szpitalnych umożliwiających uzyskanie przechyłów wzdłużnych leża tj. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych z pilota?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne oraz działanie UV?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z panelami w leżu mocowanymi na stałe?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym regulacje elektryczne realizowane są za pomocą pilota przewodowego oraz centralnego panelu pielęgniarzkiego zawieszanego na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta, zamiast rozwiązania opisanego w punkcie 9 tabeli technicznej?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym regulacje elektryczne realizowane są za pomocą centralnego panelu pielęgniarzkiego zawieszanego na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta, oraz z paneli wbudowanych w barierki po dwóch stronach łóżka?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła o średnicy 150 mm?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w bardzo estetyczne i łatwo w utrzymaniu w czystości szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z w całości z tworzywa (z polipropylenu) z kolorową wklejką z możliwością wyboru jej koloru i dopasowania kolorystycznie do szafek przyłóżkowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru i dopasowania kolorystycznie do szafek przyłóżkowych?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szczyty od strony głowy i nóg poruszające się wraz leżem łóżka?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty mocowane w tulejach ramy leża w sposób zapobiegający przypadkowe ich wyjęcie, bez stosowania dodatkowych zatrzasków zawiasowych lub dźwigni zabezpieczających?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na 70% długości leża, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52, bez paneli do sterowania łóżkiem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52, bez paneli do sterowania łóżkiem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w dwupozycyjne barierki boczne, których wysokość regulowana jest przy pomocy bezpiecznego mechanizmu zwalnającego, dające pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana kliknięciem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w jednoczęściowe barierki boczne, zwalniane za pomocą jednej ręki?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac szpitalny o wysokości 12 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję wykonaną z metalowych kształtowników oraz blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym w tym boki korpusu, czoła szuflady oraz drzwi?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję wykonaną z aluminiowych kształtowników oraz blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym w tym boki korpusu, a czoła szuflad wykonane z płyty HPL?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat główny, blat boczny szufladę górną, przestrzeń na rzeczy pacjenta oraz szufladę dolną wysoką?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z regulacją jego wysokości za pomocą przycisku umieszczonego w górnej części stelażu blatu bocznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym którego mechanizm oparty jest na bezawaryjnej konstrukcji na jednej wysuwanej kolumnie?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z regulacją jego wysokości za pomocą pokrętła zwalniającego, umożliwiającego wysunięcie lub opuszczenie blatu?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą bez systemu samodomknięcia?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą przestrzeń na rzeczy pacjenta pomiędzy szufladą a kontenerem otwartą z czterech stron?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w cztery cichobieżne koła z dodatkowym piątym kołem umieszczonym pod podporą blatu bocznego? Oferowane rozwiązanie znacznie zwiększa stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 890 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 440 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 445 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 740 do 1130 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 750 do 1100 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową z blatem bocznym posiadającym szerokość 57 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową z blatem bocznym posiadającym głębokość 34 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową w której wymiar przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką wynosi 10,5 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową w której wymiar przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką wynosi 15,4 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
37. Czy Zamawiający dopuści łóżko oraz szafkę przyłózkową z blatem bocznym o parametrach i rozwiązaniach równoważnych, spełniające poniższy opis?
- Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie z wyposażeniem (TAK)
 - Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2016 (TAK)
 - Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża (regulacje elektryczne) (TAK)
 - Wymiary zewnętrzne: 2180 x 990 mm (TAK)
 - Funkcje łóżka: zmienna wysokość leża oraz kąta uniesienia pleców i nóg (TAK)
 - Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Łóżko na konstrukcji ramowej podpartej w 4 miejscach. Nogi łóżka dodatkowo wzmocnione poprzeczkami. (TAK)
 - Profile łóżka wykonane ze stalowych prostokątnych tub (Zgodnie ze SIWZ)
 - Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z metalowej, lakierowanej proszkowo siatki konserwowanej przez wypalanie. Siatka zamontowana na stałe (Zgodnie ze SIWZ)
 - Regulacja wysokości bez materaca na poziomie 370-735mm,; kąt uniesienia oparcia pleców (70°) : kąt uniesienia oparcia nóg: 34°. Regulacje dokonywane za pomocą siłowników elektromechanicznych (DOPUSZCZA)
 - Regulacje elektryczne realizowane z pilota pielęgniarzkiego przewodowego umieszczonego w wezglowie od strony nóg oraz z możliwością umieszczenia pilota na barierkach po obydwu stronach łóżka (Zgodnie ze SIWZ)
 - Szczyty wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego – zdejmowane, stanowiące jedną bryłę, bez elementów mocujących dokręcanych do szczytu (Zgodnie ze SIWZ)
 - Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi (TAK)
 - Szczyty głowy i nóg nie poruszające się wraz z leżem (TAK)
 - Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka (TAK)

- Łatwo opuszczany i podnoszony tworzywowy, zatraskowa dźwignia umożliwiająca demontaż szczytów, zabezpieczająca przed przypadkowym wyjęciem szczytów np. podczas transportu (Zgodnie ze SIWZ)
- Barierki – boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża Zgodnie z Normą EN 60601-2-52, pilot do regulacji funkcjami łóżka z możliwością umieszczenia na dwóch barierkach (Zgodnie ze SIWZ)
- Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta, konieczny ruch wsteczny barierek w celu zwolnienia blokady (TAK)
- Wysokość barierki bocznych regulowana przy pomocy bezpiecznego przycisku, pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem” (DOPUSZCZA)
- Barierki zwalniane w minimum dwóch ruchach, celem bezpieczeństwa, opuszczenie barierki odbywa się zawsze świadomie, (DOPUSZCZA)
- Podgumowane koła blokowane centralnym hamulcem o średnicy :125 mm w łatwozmywalnej osłonie przeciwpylowej wykonanej z tworzywa sztucznego (TAK)
- Materac łóżka wodoodporny, paroprzepuszczalny i łatwozmywalny, dopasowany do segmentów leża (DOPUSZCZA)
- Wysokość materaca 10 cm (DOPUSZCZA)
- Materac stanowi wyposażenie łóżka szpitalnego (TAK)
- Wymiary materaca dostosowane do leża pacjenta, gęstość wypełnienia materaca 30 kg/m³ (TAK)
- Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała (TAK)
- Pokrowiec wykonany z oddychającego materiału wodoszczelnego pokrytego powłoką PU. Nadający się do prania i dezynfekcji (TAK)
- Dodatkowe wyposażenie:
 - uchwyt kroplówki (TAK)
 - Zasilanie standardowe: 230 V, 50 Hz (TAK)
 - Bezpieczne obciążenie robocze zgodne z Normą EN 60601-2-52 dla pobytowych, elektrycznych łóżek szpitalnych, (DOPUSZCZA)
 - Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz U z 2015 poz 876 (TAK)
 - Łóżko trwale oznakowane znakiem CE (TAK)
- Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym
 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonanym z tworzywa HPL oraz stopu aluminium. (TAK)
 - Szafka dwustronna, możliwość ustawienia szafki po prawej lub lewej stronie łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności (DOPUSZCZA)
 - Szafka wyposażona w : blat główny , blat boczny, dwie szuflady , przestrzeń na rzeczy pacjenta pomiędzy szufladami, kosz na obuwie pacjenta, (ZGODNIE ZE SIWZ)
 - Rozkładany blat boczny do karmienia pacjenta z uchwytem ułatwiającym wyciąganie oraz ręczce służące do regulacji wysokości. Mechanizm oparty bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. (TAK)
 - Szuflada wyposażona w system samodomykania szuflad (TAK)
 - Przestrzeń na rzeczy pacjenta pomiędzy szufladami z dostępem z obu stron (Zgodnie ze SIWZ)
 - Krawędzie płyt hpl zaoblone o gładkim wykończeniu (TAK)
 - Szuflady szafki z cichym mechanizmem otwierania w postaci prowadnic (Zgodnie ze SIWZ)
 - 4 Cichobieżne podwójne koła w tworzywowej osłonie przeciwpylowej w tym dwa z blokadą, blokada uruchamiana pokrętką wbudowaną w korpus szafki, na wysokości leżącego pacjenta. Pacjent nie musi wstawać z łóżka lub pochylać się w celu odblokowania kół szafki (DOPUSZCZA)
 - 2 relingi umieszczone na głównym blacie do przetaczania szafki oraz blat główny zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów listwami przy krawędziach (DOPUSZCZA)
 - Wymiary szafki:
 - Wysokość 93cm (DOPUSZCZA)

- Szerokość 51cm (DOPUSZCZA)
- Głębokość 48,5cm (DOPUSZCZA)
- Regulacja wysokości blatu zakresie, 73 – 110 cm (DOPUSZCZA)
- Wymiary blatu głównego:
- Głębokość 35cm (DOPUSZCZA)
- Szerokość 60cm (DOPUSZCZA)
- Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką :
- Wysokość 18cm (DOPUSZCZA)
- Szafka odporna na działanie popularnych środków dezynfekcyjnych (TAK)
- Możliwość wyboru wersji kolorystycznej spośród min. pięciu wersji kolorystycznych (TAK)
- Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz U z 2015 poz 876 (TAK)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w łóżek z szafkami.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański