



WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia: dzierżawa 2 szt. analizatora parametrów krytycznych RKZ wraz z sukcesywną dostawą odczynników przez okres 24 miesięcy, informujemy:

Pytania dotyczą Zadania nr 1 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego minimalne wymagania analizatora parametrów krytycznych RKZ z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

1. poz. 2: Czy Zamawiający dopuści analizator bez pomiaru hemoglobiny?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. poz. 5: Czy Zamawiający dopuści analizator nie posiadający zabezpieczenia toru pomiarowego przed zaaspirowaniem skrzepu?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. poz. 10: Czy Zamawiający dopuści analizator bez zabezpieczenia przed przestojem na skutek dostania się opiłka do układu pomiarowego oraz skrzepu z kapilary i strzykawki?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański