

Żary, dn. 27.03.2017r.

### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Czy Zamawiający w punkcie 2 dopuści diagnostyczny płaszcz wewnętrzny o średnicy 4,3 mm i długości roboczej w pełni kompatybilnej z wymaganą w punkcie 1 optyką o długości 30 cm skośną o średnicy 2,9 mm, z kanałem roboczym 5 Charr, z portem ssąco płuczającym zamykanym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści płaszcz wewnętrzny o długości roboczej w pełni kompatybilnej z wymaganą w punkcie 1 optyką o długości 30 cm skośną o średnicy 2,9 mm, z portem ssąco płuczającym zamykanym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści kabel monopolarny do elektrod endoskopowych 4mm o długości 3 lub 5 metrów, bez określonego limitu cykli sterylizacji? Prosimy również o doprecyzowanie z jakim modelem diatermii oraz z jakim typem instrumentu ma być kompatybilny wymagany kabel monopolarny?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Olszański*