

Żary, dn. 29.11.2018r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 wprowadza korektę do wyjaśnień związanych z treścią SIWZ z dnia 29.11.2018r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, **do pytania nr 4**

Było:

4. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie szwów chirurgicznych z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów?
- **poz. nr 1-29:** Syntetyczny szew pleciony wykonany z kopolimeru glikolidu 90% i L-laktydu 10%, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu 50%, Poli (glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia 50%, podtrzymywanie tkankowe 50-40% w 21 dniu. Całkowita absorbcja w terminie 56-70 dni
 - **poz. 30-32:** Syntetyczny szew pleciony wykonany z Poliglaktyny 910(kopolimer 90% glikolidu i 10% L-Laktydu) powlekany Poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia zachowujący 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach, 0% po dniach 10-14. Całkowity czas absorbcji 42 dni. Sterylizowany promieniami gamma.
- poz. nr 1,2,4-10,12,14,17,30,31: tolerancja dł. nici 70-90 cm
 - poz. nr 32: tolerancja dł. nici 40-70 cm
 - poz. nr 33: igła 26 mm, okrągła, dł nici. 70-75 cm
- Odp. Zamawiający dopuszcza.

Winno być:

4. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie szwów chirurgicznych z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów?
- **poz. nr 1-29:** Syntetyczny szew pleciony wykonany z kopolimeru glikolidu 90% i L-laktydu 10%, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu 50%, Poli (glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia 50%, podtrzymywanie tkankowe 50-40% w 21 dniu. Całkowita absorbcja w terminie 56-70 dni
 - **poz. 30-32:** Syntetyczny szew pleciony wykonany z Poliglaktyny 910(kopolimer 90% glikolidu i 10% L-Laktydu) powlekany Poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia zachowujący 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach, 0% po dniach 10-14. Całkowity czas absorbcji 42 dni. Sterylizowany promieniami gamma.
- Odp. Zamawiający dopuszcza.
- poz. nr 1,2,4-10,12,14,17,30,31: tolerancja dł. nici 70-90 cm
- Odp. Zamawiający dopuszcza.
- poz. nr 32: tolerancja dł. nici 40-70 cm
- Odp. Zamawiający dopuszcza.
- poz. nr 33: igła 26 mm, okrągła, dł nici. 70-75 cm
- Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz