

Żary, dn. 14.11.2017r.

**KOREKTA DO WYJAŚNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TREŚCIĄ SIWZ Z DNIA
13.11.2017r.**

Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 wprowadza korektę odpowiedzi do wyjaśnień związanych z treścią SIWZ z dnia 13.11.2017r. dot. pytania nr 21:

Było:

- 3 Dot. Zadania nr 1. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?
Odp. Bardzo słaby.

Winno być:

3. Dot. Zadania nr 1. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?
Odp. Mocowanie lampy należałoby przeprowadzić w oparciu o istniejące mocowanie (w miejscu obecnej lampy), tj. cztery śruby fi 15 rozstaw w kwadracie o boku 20 cm. (typowe mocowanie lampy HC50). Mocowanie należy przeprowadzić w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcą czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści SIWZ postanowił przedłużyć termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 20.11.2017r. godz. 13:00

Nowy termin otwarcia ofert: 20.11.2017r. godz. 13:15

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz