



Żary, 13 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: SNW/ZP-371-49/2018

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - 1

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Zakup ratalny aparatu USG na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:

1. Rozdziału I SIWZ pkt. XIV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób dokonywania oceny ofert, pkt. 1 Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia.

Było:

1. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia:

1.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

A. cena oferty: 60% - 60 punktów

Sposób obliczania punktów :

KRYTERIUM – cena brutto za całość pakietu – waga 60 % - 60 pkt.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 60.$$

B. parametry techniczne – waga 35% - 35 pkt.

KRYTERIUM – parametry techniczne, w kryterium tym Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie produktu spełniającego parametry wyższe, nie wymagane jako podstawowe. Parametry w których przyznawane będą punkty oznaczone są w Rozdziale II Załącznik nr 5 „Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych” pogrubioną czcionką z informacją o punktach możliwych do uzyskania. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 35 pkt.

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Ilość uzyskanych punktów w kryterium}}{\text{Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia}} \times 35$$

C. koszty finansowania – waga 5% - 5 pkt

Kryterium kosztów finansowania zostanie ocenione w skali od 0 do 20,00 pkt. Oferta z najniższymi kosztami finansowania uzyska 5,00 pkt.

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

Koszty finansowania oferty badanej

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największa łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + parametry techniczne + koszty finansowania).
- Maksymalna liczba punktów do otrzymania wynosi 100.
- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
- 1.2. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryterium, o którym mowa w ust. 1, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 1.3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 1.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 1.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(ch) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyskała największą liczbę punktów.

Winno być:

1. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia:

1.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

A. cena oferty: 60% - 60 punktów

Sposób obliczania punktów :

KRYTERIUM – cena brutto za całość pakietu – waga 60 % - 60 pkt.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 60.$$

B. parametry techniczne – waga 40% - 40 pkt.

KRYTERIUM – parametry techniczne, w kryterium tym Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie produktu spełniającego parametry wyższe, nie wymagane jako podstawowe. Parametry w których przyznawane będą punkty oznaczone są w Rozdziale II Załącznik nr 5 „Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych” pogrubioną czcionką z informacją o punktach możliwych do uzyskania. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 40 pkt.

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Ilość uzyskanych punktów w kryterium}}{\text{Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia}} \times 40$$

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największa łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + parametry techniczne).
- Maksymalna liczba punktów do otrzymania wynosi 100.
- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
- 1.2. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryterium, o którym mowa w ust. 1, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 1.3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 1.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 1.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(ch) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyskała największą liczbę punktów.

2. Rozdziału III Projekt Umowy §4.

Było:

1. Zapłata ceny, o której mowa § 3 ust. 2 umowy będzie zrealizowana w 36 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu odbioru przedmiotu sprzedaży.
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 3 ust. 2 wypłacone będzie na podstawie umowy, faktury VAT oraz dołączonego do niej zaktualizowanego po dostawie harmonogramu.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowego regulowania należności za przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

Winno być:

1. Zapłata ceny, o której mowa § 3 ust. 2 umowy będzie zrealizowana w 36 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu odbioru przedmiotu sprzedaży. W przypadku kwoty niepodzielnej na 36 równe raty, ostatnia rata jest ratą wyrównawczą.
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 3 ust. 2 wypłacane będzie w 36 miesięcznych ratach na podstawie umowy, faktury VAT, która zostanie wystawiona po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru oraz dołączonego po dostawie zaktualizowanego harmonogramu.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowego regulowania należności za przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.

3. Rozdziału III Projekt Umowy §5 ust. 6.

Było:

W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego oraz koszty przyjazdu serwisanta pokrywa Wykonawca.

Winno być:

W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W przypadku wysłania powiadomienia faxem lub pocztą e-mail między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym, powiadomienie uznane jest za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane jest za doręczone w następnym dniu roboczym. W okresie

gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego oraz koszty przyjazdu serwisanta pokrywa Wykonawca.

4. Rozdziału III Projekt Umowy §5 ust. 10.

Było:

Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.

Winno być:

Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności. Przyjęcie dostarczonego przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie podpisanego obustronnie protokołu zdawczo-odbiorczego. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.

5. Rozdziału III Projekt Umowy do §6 dodaje się ust. 3 o treści:
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania
6. Rozdziału III Projekt Umowy §7 ust. 1.

Było:

W razie opóźnienia o 30 dni w wykonaniu umowy Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz prawo żądania zapłaty kar umownych. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Winno być:

W razie opóźnienia o 30 dni w wykonaniu umowy Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w wyznaczonym terminie 7 dni do realizacji umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz prawo żądania zapłaty kar umownych. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Rozdziału III Projekt Umowy §8 ust. 4.

Było:

Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony, stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz do respektowania zasad lojalności i rzetelności.

Winno być:

Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony, stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz do respektowania zasad lojalności i rzetelności, zapis nie dotyczy przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy podwykonawcą.

8. Rozdziału II Załącznik nr 5 Gwarancje i serwis pkt. 6

Było:

W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części,

Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie, e-mailem lub faksem. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego jak i koszty przyjazdu serwisanta pokrywa Wykonawca.

Winno być:

W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W przypadku wysłania powiadomienia faxem lub pocztą e-mail między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym, powiadomienie uznane jest za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane jest za doręczone w następnym dniu roboczym. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego oraz koszty przyjazdu serwisanta pokrywa Wykonawca.

Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **18.12.2018** r. do godz. 09⁰⁰, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **18.12.2018** r. o godz. 09¹⁵.

Załączniki:

1. Rozdział II Załącznik nr 5 po modyfikacji,
2. Rozdział III Projekt umowy – po modyfikacji.

Z poważaniem

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy


PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
ZAKUP RATALNY APARATU USG – po modyfikacji

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce „oferowane warunki, funkcje i parametry” Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Aparat USG – 1 szt

Pełna nazwa urządzenia, typ/model: -----

Producent: -----

Kraj: -----

Rok produkcji: rok produkcji min. 2018 r. fabrycznie nowy, nie używany jako wersja demonstracyjna.

Lp.	Wymagania techniczne	Wymóg	Oferowane warunki, funkcje i parametry
KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA			
1.	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, z centralną blokadą kół, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury.	TAK/podać	
2.	Producent/Wykonawca* *Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż aparatów USG na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem.	TAK	
3.	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK	
4.	Liczba niezależnych kanałów przetwarzania danych min 4 000 000	TAK 4 000 000 – 4 500 000 - 0 pkt. Powyżej 4 500 000 – 10 pkt.	
5.	Monitor wysokiej rozdzielczości min 1900x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu powyżej 19".	TAK 19-21" – 0 pkt. Powyżej 21" – 10 pkt.	
6.	Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu	TAK	
7.	Możliwość płynnego obrotu wokół osi, wychylenia prawo-lewo i zmiany wysokości pulpitu operatora	TAK	
8.	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu	TAK	
9.	Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali	TAK 10-11" – 0 pkt. 12" i więcej – 10 pkt.	
10.	Klawiatura alfanumeryczna dostępna na ekranie dotykowym	TAK	
11.	Możliwość zduplikowania obrazu z monitora na ekranie dotykowym z możliwością regulacji jego parametrów celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych	TAK/NIE Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
12.	Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy dostępnych głowic min. 1-20MHz	TAK	
13.	Dynamika systemu min 290 dB	TAK 290-300 dB – 0pkt Powyżej 300 dB – 10 pkt.	

14.	Minimum 4 aktywne, równoważne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych	TAK	
OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU			
15.	B-mode (2D)	TAK	
16.	Maksymalny FRAME RATE dla trybu 2D: min. 2500 obrazów/sek	TAK	
17.	Głębokość obrazowania aparatu min od 1.0 – 30.0 cm.	TAK	
18.	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 8 kątów	TAK 8 kątów – 0 pkt Powyżej 8 kątów - 5 pkt	
19.	Regulacja wzmocnienia głębokościowego TGC oraz strefowego LGC	TAK	
20.	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D: wzmocnienie i krzywe TGC, PWD: skala, linia bazowa)	TAK	
21.	Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości	TAK	
22.	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia min. 10 - stopniowe	TAK 10 – 15 stopniowe – 0 pkt. Powyżej 15 stopniowe – 10 pkt.	
23.	Zoom HD – powiększenie obszaru bez utraty rozdzielczości	TAK	
24.	Doppler Kolorowy (CD)	TAK	
25.	Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru	TAK	
26.	Możliwość wyłączenia mapy koloru na obrazach w trybie Dopplera kolorowego	TAK	
27.	Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+CD	TAK	
28.	Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler.	TAK	
29.	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD).	TAK	
30.	Funkcja HPRF	TAK	
31.	Regulacja wielkości bramki PWD min. 1-15 mm.	TAK 1-15 mm – 0 pkt. Powyżej 15 mm – 10 pkt.	
32.	Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i mapy koloru na obrazach zamrożonych w trybie Dopplera spektralnego	TAK	
33.	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym.	TAK	
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO OBLICZENIOWE			
34.	Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne z pakietem pomiarowym do badań: - jamy brzusznej - małych narządów - naczyniowych - mięśniowo - szkieletowych	TAK	
35.	Liczba par kursorów pomiarowych – minimum 8	TAK	
36.	Pomiary obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów, objętości przepływu.	TAK	
37.	Elastografia typu strain (pomiar stosunku sztywności tkanki do tkanki referencyjnej) – tzw. strain ratio	TAK	
38.	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów i komentarzy do raportów	TAK	
39.	Automatyczny obrys spektrum na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych oraz	TAK	

	automatyczne wyznaczenie EDV, PSV, PI i RI		
40.	Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o niskiej energii bardzo czuły tryb obrazowania umożliwia wizualizację struktur z minimalnym poziomem artefaktów ruchowych i utrzymaniem wysokiej liczby klatek na sekundę.	Tak, Podać	
GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE			
41.	Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów nr. Single, Crystal, PureWave, Hanafy Lens	Tak, podać	
42.	Zakres częstotliwości głowicy z pkt. 41, min. 1-6 MHz (+/-1 MHz)	TAK	
43.	Kąt obrazowania do głowicy z pkt. 41 min 70 stopni	TAK 70-100 stopni – 0 pkt. Powyżej 100 stopni – 10 pkt.	
44.	Ilość elementów min. 160	TAK	
45.	Obrazowanie harmoniczne dot. poz. 41	TAK	
46.	Głowica liniowa wielorzędowa matrycowa do badań naczyniowych, badań małych narządów, badań pediatrycznych, badań mięśniowo-szkieletowych i badań naczyniowych	TAK, podać typ	
47.	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4,0 – 20,0 MHz (+/-1 MHz)	TAK	
48.	Liczba elementów min. 1200	TAK, Podać 1200-1500 – 0pkt. 1501-1700 – 10 pkt Powyżej 1700 – 20 pkt.	
49.	Szerokość czoła głowicy min. 40 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym	TAK, Podać	
ARCHIWIZACJA			
50.	Liczba obrazów w pamięci dynamicznej CINE w trybie B i CD: minimum 2000	TAK	
51.	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE \geq 60s	TAK	
52.	Videoprinter czarno-biały małego formatu zintegrowany z aparatem	TAK	
53.	Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW.	TAK	
54.	Zapis obrazów na płytach DVD i pamięciach USB w formatach: jpeg, avi, DICOM.	TAK	
55.	Automatycznie dodawana przeglądarka plików w formacie DICOM 3.0 przy archiwizacji na nośniki zewnętrzne	TAK	
56.	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK	
57.	Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe obrazu np. DVI lub równoważne	TAK	
58.	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structure Report).	TAK	
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY			
59.	Planowanie i śledzenie toru igły w zabiegach interwencyjnych z wykorzystaniem fuzji obrazów	TAK	
60.	Elestografia fali poprzecznej z opcją kodowania kolorem i możliwością wykonania pomiarów	TAK	

	sztywności tkanki w jednostkach kPa oraz m/s. Funkcja dostępna w trybie live oraz na obrazach i pętlach zapisanych w pamięci aparatu.		
61.	Oprogramowanie do oceny parametrów deformacji i synchronii wykorzystujące technikę śledzenia markerów akustycznych - speckle tracking	TAK	
62.	Łączenie i porównywanie obrazów z CT/MR/PET oraz USG– tzw. fuzja obrazów	TAK	
63.	Głowica przezprzełykowa dla dzieci o zakresie częstotliwości min. 4,0 – 7,0 MHz (+/- 1 MHz) Kąt pola widzenia głowicy min. 90°	TAK	
64.	Głowica przezprzełykowa matrycowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 7,0 MHz, min. 2500 elementów	TAK	
65.	Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej jakość obrazowania np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens. Zakres częstotliwości pracy min. 1 - 5 MHz.(+/- 1 MHz) Ilość kryształów min. 80. Kąt pola skanowania min. 90	TAK	
66.	Głowica sektorowa 2D do badań kardiologicznych neonatologicznych min 4 - 12 MHz i kącie obrazowania min 90°. Liczba elementów min 90	TAK	
67.	Automatyczny pomiar IMT (automatyczne oznaczenie Intima Media i automatyczne wyznaczenie wartości)	TAK	
68.	funkcję automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji	TAK	
69.	Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących	TAK	
POZOSTAŁE WYMOGI			
70.	Czas reakcji serwisu technicznego max. 48 godzin	TAK	
71.	Bezpłatne wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne	TAK	
72.	Deklaracja zgodności CE;	TAK, dołączyć	
73.	Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atest, świadectwo, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, (przedstawić zamawiającemu na wezwanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.	TAK (PODAĆ)	

Uwaga:

- Okres gwarancjim-cy (min. 12 miesiące), obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.
- Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
- Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy kompletny, nie używany jako wersja demonstracyjna i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..... dnia

.....
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

GWARANCJE I SERWIS

Wykonawca OFERUJE następujące warunki SERWISU i GWARANCJI.

Lp.	Warunki gwarancji i serwisu	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Okres gwarancji minimum 12 miesiące (karta gwarancyjna przy dostawie)	TAKmiesiące
2	Przeglądy i naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany Serwis producenta aparatu zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,	TAK	
3	Uzgodniony harmonogram przeglądów zostanie dostarczony wraz ze sprzętem.	TAK	
4	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca	TAK	
5	Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym (tel., Fax., email).	TAK	
6	<u>W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W przypadku wysłania powiadomienia faksem lub pocztą e-mail między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym, powiadomienie uznane jest za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane jest za doręczone w następnym dniu roboczym. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego oraz koszty przyjazdu serwisanta pokrywa Wykonawca.</u>	TAK	
7	Na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni roboczych w okresie gwarancji, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca dostarczy sprzęt	TAK	

	zastępczy. W przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto naprawianego aparatu.		
8	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	TAK	
9	Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkownika w języku polskim, - Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia, - Paszport techniczny aparatu.	TAK	
10	W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy autoryzowanego serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienie przez Wykonawcę certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej oraz wpis do Paszportu aparatu.	TAK	
11	W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury, Wykonawca wymieni część na nową, a w przypadku 5. uzasadnionych reklamacji różnych części aparatury wymieni aparaturę na nową.	TAK	
12	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od podpisania umowy.	TAK	

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

PROJEKT UMOWY – po modyfikacji

zawarta w dniu w Żarach pomiędzy:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

NIP 928-18-52-023

REGON 977947094

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000080318

reprezentowanym przez

1. Prezes Zarządu - *Jolanta Dankiewicz*

Zwanym dalej Zamawiającym

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: SNW/ZP-371-49/2018, przedmiot zamówienia: zakup ratalny aparatu USG na potrzeby Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych określonych w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiących integralną część niniejszej Umowy, zwanego dalej „sprzętem medycznym”.
2. **Wykonawca** oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą przetargową.
3. **Wykonawca** oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.
4. **Wykonawca oświadcza, że** oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania, jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowany przedmiot zamówienia oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi lub dokumentację techniczno-ruchową sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE i daty uruchomienia urządzenia).

TERMIN DOSTAWY

§ 2

1. **Wykonawca** oświadcza, iż dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt medyczny będący przedmiotem niniejszej umowy w terminie tygodni od daty podpisania umowy. Wraz z dostawą sprzętu medycznego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu

wszystkie dokumenty dotyczące tego sprzętu, w tym między innymi karty gwarancyjne i instrukcje obsługi.

2. Za termin dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru urządzeń.

CENA

§ 3

1. Cena umowy netto wynosi: zł.
(słownie :).
2. Cena umowy brutto wynosi: zł.
(słownie :).
3. Wysokość raty miesięcznej zł.
4. Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje:
 - cenę netto sprzętu,
 - koszt instalacji i uruchomienia,
 - koszt finansowania
 - koszt szkolenia personelu,
 - koszty niezbędnych przeglądów i serwisu w okresie gwarancji,
 - wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,
 - ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu,
 - koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
 - wszelkie koszty odprawy celnej,
 - cło, podatek VAT,
 - inne.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

- ~~1. Zapłata ceny, o której mowa § 3 ust. 2 umowy będzie zrealizowana w 36 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu odbioru przedmiotu sprzedaży.~~
- 1. Zapłata ceny, o której mowa § 3 ust. 2 umowy będzie zrealizowana w 36 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu odbioru przedmiotu sprzedaży. W przypadku kwoty niepodzielnej na 36 równe raty, ostatnia rata jest ratą wyrównawczą.**
- ~~2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 3 ust. 2 wypłacone będzie na podstawie umowy, faktury VAT oraz dołączonego do niej zaktualizowanego po dostawie harmonogramu.~~
- 2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 3 ust. 2 wypłacane będzie w 36 miesięcznych ratach na podstawie umowy, faktury VAT, która zostanie wystawiona po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru oraz dołączonego po dostawie zaktualizowanego harmonogramu.**
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowego regulowania należności za przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
- 4. W przypadku nieterminowego regulowania należności za przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.**

GWARANCJA

§ 5

1. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczonego sprzętu zgodną z wymaganiami Zamawiającego w załącznikach do

my

2. **Wykonawca** udziela gwarancji na oferowany sprzęt, liczonej od dnia uruchomienia sprzętu medycznego w ilości: m-cy
3. Okres pełnej gwarancji przedmiotu zamówienia liczony będzie od daty podpisania protokołu przekazania do użytkownika (karta gwarancyjna z dostawą przedmiotu zamówienia).
4. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa oraz karty gwarancyjne w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową oraz w zakresie w jakim jej postanowienia są korzystniejsze od zapisów umowy. Karty gwarancyjne zostaną wydane Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu dostawy. Brak wydania Zamawiającemu kart gwarancyjnych w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu z winy Wykonawcy. Ponadto Wykonawca przeniesie w dniu dostawy sprzętu na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa wynikających z dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez podmioty trzecie, które to dokumenty dotyczą przedmiotu dostawy.
5. W okresie gwarancji **Wykonawca** będzie wykonywać przeglądy konserwacyjne. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta.
6. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego oraz koszty przyjazdu serwisanta pokrywa Wykonawca.
6. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W przypadku wysłania powiadomienia faxem lub pocztą e-mail między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym, powiadomienie uznane jest za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane jest za doręczone w następnym dniu roboczym. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego oraz koszty przyjazdu serwisanta pokrywa Wykonawca.
7. W przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca zapewni w tym okresie, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych.
8. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za wady ukryte sprzętu medycznego.
9. **Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zostały** określone w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr do opisu przedmiotu zamówienia.
10. ~~Z dniem potwierdzenia przez **Zamawiającego** przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez **Zamawiającego**, **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania **Zamawiającego**, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.~~

10. Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności. Przyjęcie dostarczonego przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie podpisanego obustronnie protokołu zdawczo-odbiorczego. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 6

1. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy oferowany przedmiot zakupu nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2
2. Strony uzgadniają następujące kary umowne:
 - 1) W przypadku, gdy **Wykonawca** opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu poza termin określony w § 2 ust. 1, **Zamawiający** ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki.
 - 2) **Wykonawca** zobowiązany jest zapłacić **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, określonej w §3 ust.2.
 - 4) W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu zastępczego na czas naprawy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania

§ 7

- ~~1. W razie opóźnienia o 30 dni w wykonaniu umowy Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz prawo żądania zapłaty kar umownych. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.~~
1. W razie opóźnienia o 30 dni w wykonaniu umowy Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w wyznaczonym terminie 7 dni do realizacji umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz prawo żądania zapłaty kar umownych. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.
3. Postanowienia § 6 nie wykluczają prawa stron do wzajemnego żądania na zasadach ogólnych, odszkodowania, w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Z zastrzeżeniem zapisów § 7 ustęp 1 Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami i wyznaczenia mu w tym celu minimum 7-dniowego terminu
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności i przysługujących mu praw na podstawie niniejszej umowy wobec Zamawiającego.
4. ~~Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony, stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz do respektowania zasad lojalności i rzetelności.~~
4. **Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony, stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz do respektowania zasad lojalności i rzetelności, zapis nie dotyczy przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy podwykonacom.**
5. Zmiana niniejszej umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 oraz w niżej wymienionych przypadkach:

6.1 ZMIANY OGÓLNE

Możliwa jest:

- a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
- b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.
- c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,
- d) numeru katalogowego produktu,
- e) nazewnictwa produktu,
- f) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
- g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
- h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
- i) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.,

6.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą:

- a) stawki podatku od towarów i usług (VAT).
- b) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

6.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA

- a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- b) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - c) zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - d) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, i w tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia o karze umownej, a zatem Wykonujący nie może żądać odszkodowania.
 9. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt. 8 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
 10. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
 11. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności
 12. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej.
 13. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie strony.
 14. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 - Załącznik nr

§ 10

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....

RADCA PRAWNY

Ewa Dąbek
R-ZG-ZG-473