



Żary, 13 lutego 2019 r.

Znak sprawy: SNW/ZP-371-8/2019

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ – 1

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: dostawa wysokiej klasy respiratorów i aparatu KTG na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:

1. Rozdziału II Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy polegającą na zmianie zapisów dotyczących kalkulacji ceny.
2. Rozdziału II Załącznik nr 4 –Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych – Respirator – 2 szt., polegającą na:
 - a) Wykreśleniu zapisów punkt. 96
3. Rozdziału II Załącznik nr 5 –Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych – Aparat KTG – 1 szt., polegającą na:
 - a) Zmianie zapisów punkt. 32:

Było:
Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym

Winno być:
Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym Oferowany aparat KTG musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem nadzoru okołoporodowego FETAL CARE 3
 - b) Zmianie zapisów punkt. 38:

Było:
Aparat wyposażony w kliniczna komputerową analizę zapisu KTG z zawansowaną interpretacją opartą na wstępnie.

Winno być:
Aparat wyposażony w kliniczna komputerową analizę zapisu KTG z zawansowaną interpretacją opartą na wstępnie wprowadzonym wieku ciąży.
 - c) Dopisaniu punkt. 43 o treści: Wózek do aparatu z półka na akcesoria.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **18.02.2019** r. do godz. 11⁰⁰, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **18.02.2019** r. o godz. 11:15

Załączniki:

1. Rozdział II Załącznik nr 1, 4 i 5 po modyfikacji.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz