

Żary, dn. 11.02.2019r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 1

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: dostawa wysokiej klasy respiratorów i aparatu KTG na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Dotyczy: Rozdział II do SIWZ, Załącznik Nr 4 , Zadanie nr 1, ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH , Respirator – 2 szt: Zamawiający określił na wstępie Załącznika wymóg: „Rok produkcji: rok produkcji min. 2015 r.” , a w następnym punkcie nr 1 opisał: „Aparat podemonstracyjny nie starszy niż 2016 r. (...)”, czy zatem dopuszcza „min. 2015” o co wnosimy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Jolanta Dankiewicz