

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do serologii wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

**1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia (Rozdział II SIWZ, str. 4, pkt. 5) oraz Załącznika nr 1.1, tabela Opis parametru/funkcji, poz. 1.**

**Pytanie:** W związku z tym, że w Zał. nr 1.1 podano minimalny termin ważności kart wynoszący 6 miesięcy, a w Rozdziale II SIWZ termin 12 miesięcy, prosimy o ujednoczenie zapisów i wyrażenie zgody na zaoferowanie kart z minimalnym terminem ważności wynoszącym 6 miesięcy.

Prosimy również o zaakceptowanie terminu ważności produktów pochodzących z krwi ludzkiej (w tym krwinek wzorcowych i materiałów kontrolnych) z terminem ważności wynoszącym 5 tygodni, co jest związane ze specyfiką wytwarzania.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kart z minimalnym terminem ważności wynoszącym 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie terminu ważności produktów pochodzących z krwi ludzkiej (w tym krwinek wzorcowych i materiałów kontrolnych) z terminem ważności wynoszącym 5 tygodni.

**2. Dotyczy Załącznika nr 1.1, tabela Warunki wymagane i podlegające ocenie, poz. 9.**

**Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie, że zapis dotyczący serwisu gwarancyjnego oraz walidacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez cały okres trwania umowy) dotyczy dzierżawionych urządzeń, a mianowicie: analizatora automatycznego i systemu back-up, a nie dotyczy systemu informatycznego użytkowanego przez Laboratorium.

**Odp.** Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczący serwisu gwarancyjnego oraz walidacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez cały okres trwania umowy) dotyczy dzierżawionych urządzeń, a mianowicie: analizatora automatycznego i systemu back-up, a nie dotyczy systemu informatycznego użytkowanego przez Laboratorium.

**3. Dotyczy Załącznika nr 1.2, Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca (Wymagane dokumenty pkt 3) Pytanie:** Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający uzna za wystarczające, posiadanie Deklaracji zgodności CE, które to są równoważnym potwierdzeniem jakości zaoferowanego towaru i tym samym zrezygnuje z certyfikatów jakości ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003.

**Odp.** Tak.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Załączniki:

Modyfikacja treści SIWZ

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Jolanta Dankiewicz*  
**Jolanta Dankiewicz**