

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 2 poz.6, 7 i 8** również na igłę bez opisu katalogowego „igła wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 2 poz.11** również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 2 poz.11** również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 2 poz.12 i 13** również na długość igły 20mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 5 Zadanie 1 poz. 1-25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie szwu wykonanego z poliglaktyny 910 pokrytego mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia z czasem wchłaniania 56-70 dni?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 6 Zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 Zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 Zadanie 1 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 Zadanie 1 poz. 3-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej o długości 31mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 Zadanie 1 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej o długości 36mm i długości nici 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 Zadanie 1 poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 Zadanie 1 poz. 8-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 36mm i długości nici 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 Zadanie 1 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej rozwarstwiającej i długości nici 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 Zadanie 1 poz. 11-12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 Zadanie 1 poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 70mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 Zadanie 1 poz. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 75mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 Zadanie 2 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej bez „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 Zadanie 2 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągło-tnącej bez „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 Zadanie 2 poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 31mm i długości nici 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 Zadanie 2 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej rozwarstwiającej o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 Zadanie 2 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 Zadanie 4 poz. 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie szwu wykonanego z polidoksanonu z okresem wchłaniania 182-238 dni?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 Zadanie 4 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1 – 25 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania po 28 dniach ok. 20%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 26, 29 Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniałne powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 26, 29 Prosimy o określenie parametrów szwów (opis materiału, USP, ilość saszetek), gdyż nie ma tych pozycji w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym dla w/w zadania.
Odp. Zamawiający popełnił błąd przy numeracji, te pozycje nie istnieją.

Pytanie nr 27 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 12 saszetek zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28 Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1 – 11, 13 – 14 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29 Dotyczy Zadania nr 2 poz. 10 Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza opis 26S CV w w/w pozycji?
Odp. Winno być: Igła ½ koła, okr. 26, nić 75 cm.

Pytanie nr 30 Dotyczy Zadania nr 2, poz. 8 Prosimy o potwierdzenie, czy w w/w pozycji Zamawiający wymaga szwu polipropylenowego?
Odp. Tak.

Pytanie nr 31 Dotyczy Zadania nr 4, poz. 1 – 3 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak.

Pytanie nr 32 Dotyczy Zadania nr 4 Czy w w/w zadaniu jest pozycja nr 5? Zamawiający napisał, że w w/w zadaniu opis dotyczy pozycji 1-5. Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów szwów (opis materiału, USP, ilość saszetek).
Odp. w/w zadaniu nie ma pozycji nr 5.

Pytanie nr 33 Zadanie nr 2, pozycja 6 – 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych bez „wzmocnienia” przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 Zadanie nr 2, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35 Zadanie nr 2, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 Zadanie nr 2, pozycja 12 -13 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37 Zadanie nr 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański