

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, informujemy:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie Specyfikacji asortymentowo – cenowej w dodatkowych tabelach dotyczących kalibratorów i kontroli poprzez zmianę sposobu liczenia wartości netto i brutto? Prosimy, by kolumna nr 8 przyjęła brzmienie: „Wartość netto (kol.4xkol.5), natomiast kolumna nr 9 przyjęła brzmienie: „Wartość brutto (kol.4xkol.7)”.

Odp. Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika nr 1.2 polegającą na wprowadzeniu nowego załącznika.

2. Prosimy o poprawienie numeracji kolumn w dodatkowej tabeli Specyfikacji asortymentowo – cenowej dotyczącej materiałów zużywalnych oraz z tym związaną zmianę sposobu wyliczania wartości netto i brutto.

Odp. Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika nr 1.2 polegającą na wprowadzeniu nowego załącznika.

3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o metodę elektrochemiluminescencji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem "wymienne końcówki w pipetorze" ma na myśli jednorazowe końcówki do pobierania materiału badanego i odczynników, eliminujące w 100% carry over.

Odp. Zamawiający potwierdza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by przy wyliczaniu oferty uwzględnić okres ważności odczynnika po otwarciu z uwzględnieniem zamiennego przechowywania na pokładzie analizatora i w lodówce, a dla testów wykonywanych w mniejszych ilościach (do 600 oznaczeń rocznie) uwzględnić datę ważności na opakowaniu? Takie postępowanie jest zgodne z powszechną praktyką laboratoryjną oraz rekomendacjami producenta i pozwala na ekonomiczne wykorzystanie odczynników po otwarciu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy liczba opakowań odczynników ma być zaokrąglona do pełnych opakowań w skali roku czy w okresie 36 m-cy?

Odp. W skali 36 m-cy.

7. Prosimy o wyjaśnienie, czy podana ilość oznaczeń jest liczbą przewidzianą do wykonania w okresie roku czy okresie 36 miesięcy?

Odp. W okresie 36 m-cy.

8. Prosimy o poprawienie opisów w kolumnach tabeli w specyfikacji asortymentowo-cenowej na "ilość opakowań na 36 m-cy", "wartość netto i brutto na 36 m-cy" zgodnie z informacją UWAGA pod tabelami.

Odp. Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika nr 1.2 polegającą na wprowadzeniu nowego załącznika.

9. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciąży, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG, co jest potwierdzone zapisem w ulotce metodycznej?

Odp. Zamawiający zamierza stosować test b-HCG jako test ciąży, oraz jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG.

10. Prosimy o wyrażenie zgody by termin ważności oferowanych odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych oraz materiałów myjących nie był krótszy niż 5-6 miesięcy licząc od dnia dostawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

11. Rozdział III Prosimy o wyjaśnienie jaki "analizator zastępczy" Zamawiający ma na myśli w paragrafie 2 ust.2b projektu umowy?

Odp. Paragraf 2 ust. 2b zostanie wykreślony z Projektu umowy.

12. Dot. Rozdział III Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Rozdział III Par. 6 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą do naliczenia kary umownej była suma czynszu dzierżawnego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Rozdział III Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Rozdział III Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

16. Dotyczy: Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt. 23b

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis: „Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii tego samego podzespołu przekraczających czas naprawy elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora”

zamiast „Wymiana analizatora na nowy w przypadku 2 awarii przekraczających czas naprawy elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody


17. Dotyczy: Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, 23.d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku.” Tak by pkt 23.d przyjął brzmienie: „Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, możliwość zgłaszania awarii i usterek non-stop tj. 24/7, możliwość kontaktu telefonicznego z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PROKURENT

Rafał Kołsut

PROKURENT

Małgorzata Gawrych