

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: zakup ratalny fabrycznie nowego ambulansu typu B wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz z deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez dzień roboczy rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
Odp. Tak.
11. Mając na względzie miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 2 projektu umowy z 0,5% na 0,2%.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6

12. Mając na względzie miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 3 projektu umowy z 10% na 5%. Jednocześnie prosimy o dostosowanie kary zawartej w §5 ust. 6 do powyższej wartości kary umownej.  
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
13. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
14. W oparciu o warunki gwarancji producenta samochodów bazowych, zabudowy prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych od zgłoszenia, to jest do standardowego okresu napraw gwarancyjnych (nie jest możliwa wymiana np. silnika w ciągu 5 dni roboczych).  
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę treści §4 ust. 11 oraz wydłużenie wskazanego w nim terminu do 14 dni roboczych.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadza modyfikację §4 ust. 10 i 12.
15. Prosimy Zamawiającego o usunięcie z projektu umowy §4 ust. 16.  
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
16. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §5 ust. 1 projektu umowy i nadanie mu brzmienia:  
*„Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy oferowany przedmiot zakupu nie jest zgodny z zestawieniem minimalnych parametrów i warunków wymaganych, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z SIWZ, a po jego bezskutecznym upływie Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 2.*  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
17. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez zapewnienie przez Wykonawcę serwisu pogwarancyjnego Zamawiający rozumie wskazanie przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego.  
Odp. Tak.
18. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 5 ust. 4 oraz §3 ust. 6 projektu umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.  
Odp. Tak.
19. Zwracamy się z prośbą o nadanie poprawnej numeracji ustępów w §3 projektu umowy.  
Zamiast obecnych: 1,2,3,6,7 na od ust. 1 do ust. 5.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
20. W rozdz. VII pkt.11 SIWZ jako wymagany do oferty wskazany został zał. nr 1.1., który nie został zamieszczony na stronie Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający faktycznie wymga dołączenia do oferty zał. nr 1.1. i ewentualne zamieszczenie go na stronie Zamawiającego.  
Odp. Załącznik 1.1 nie istnieje.
21. W rozdz. VII pkt.11 SIWZ wskazany został zał. nr 4 „Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych”. Ponieważ zał. nr 4 jest „Oświadczenie o grupie kapitałowej”.

Zwracamy się z prośbą o sprostowanie czy nie doszło do pomyłki i czy Zamawiający ma na myśli zał. nr 7.

Odp. Zamawiający miał na myśli załącznik nr 7.

22. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy:  
<http://www.medfinance.pl/uploads/files/documents/KodeksEtyczny.pdf>.
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

#### **„Klauzula salwatoryjna**

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

#### **„Klauzula reklamacyjna**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
  - 1) ustnie:
    - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 42 272 31 32.
    - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
  - 2) w formie pisemnej:
    - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: MEDFinance S.A., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90 – 330 Łódź.
    - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
  - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: reklamacje@medfinance.pl.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośtańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

- 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
  7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
  8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
  9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
    - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
    - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.
- Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

**„Klauzula ochrony danych osobowych**

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w ..... przy al. ...., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ..... pod nr KRS: ....., NIP: ....., REGON: ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Oświadczenie stanowiące załącznik do umowy.

26. Czy zamawiający dopuści ambulans z drzwiami bocznymi przesuwными prawymi o wysokości 128 cm i drzwiami tylnymi otwieranymi na boki o kąt 180 stopni ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik pojemności skokowej 1598cm<sup>3</sup> zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 107 kW (145 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 340 Nm ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

29. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza regulacji kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, pozostałe parametry dopuszczone.

30. Prosimy o podanie, czy nosze winny posiadać dodatkowe pasy do przewozu dzieci i czy trzeba załączyć do oferty ich folder oraz deklarację zgodności na potwierdzenie spełnienia wymogów zamawiającego ?

**Odp. Zamawiający wymaga dołączenia foldera dot. noszy i krzeselka kardiologicznego.**

31. Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „ przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów ” oznacza, że Zamawiający dopuszcza takie nowoczesne rozwiązanie tj. reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ? Wyjaśniamy, że osobne światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, czego nie zapewniają reflektory przeciwmgielne.+

Odp. Zamawiający wymaga aby ambulans posiadał osobne reflektory przednie i osobne reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów – rozwiązanie fabryczne.

32. Wymogiem zamawiającego jest aby ambulans spełniał wymogi ambulansu typ B, czyli aby był zgodny z aktualną normą PN EN 1789, jako typ B oraz posiadał świadectwo Zgodności WE, jako pojazd skompletowany specjalny sanitarny. Oznacza to, iż w trakcie badań homologacyjnych i certyfikujących na zgodność z PNEN 1789 ambulans przeszedł pozytywnie badania wytrzymałościowe oraz inne, w tym badanie na kompatybilność elektromagnetyczną. Brak takich badań może powodować zakłócenia w pracy urządzeń medycznych z zasilaniem elektrycznym oraz zakłócenia w pracy urządzeń sygnalizacyjnych typu belki świetlne, sygnały ostrzegawcze, radiotelefony itp.

Wymogiem zamawiającego jest, aby ambulans posiadał " radioodtworacz".

Czy oznacza to, że jest wymagany radioodtworacz przebadany na kompatybilność elektromagnetyczną w trakcie badań homologacyjnych niezbędnych do uzyskania Świadectwa Zgodności WE oraz Certyfikatu Zgodności z normą PN EN 1789, co jedynie daje gwarancję Bezpieczeństwa kierowania ambulansem i eliminuje wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne wpływające negatywnie na pracę urządzeń sygnalizacyjnych np. belki świetlnej, świateł ostrzegawczych itp. ?

Odp. Zamawiający wymaga aby ambulans przeszedł pozytywnie badania homologacyjne oraz spełniał normę PNEN 1789.

32. Czy paragraf 4, pkt. 6 umowy (Wykonawca wykona nieodpłatnie usługę przeglądu i serwis w okresie gwarancji. Koszty materiałów eksploatacyjnych i części podlegających zużyciu ponosi Zamawiający), dotyczy: samochodu bazowego, zabudowy medycznej, sprzętu medycznego czy tylko jednego z przedstawionych parametrów?

Odp. Dotyczy: samochodu bazowego, zabudowy medycznej, sprzętu medycznego

33. Czy Zamawiający wymaga w przypadku przeglądów serwisowych sprzętu medycznego, zabudowy medycznej, wykonania tej usługi w swojej siedzibie (Zamawiającego)?

Odp. Nie w siedzibie zabudowującego.

34. Czy Zamawiający zrezygnuje z bezpłatnych przeglądów samochodu bazowego, zabudowy medycznej w okresie gwarancji co oznacza obniżoną cenę ambulansu?

Odp. Nie.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Olszański*