

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 2**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: dostawa wysokiej klasy respiratorów i aparatu KTG na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

**Pytanie 1**(dotyczy pkt II ppkt 6e SIWZ) Zgodnie z pkt II ppkt 6e SIWZ „Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca”. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma na myśli sytuacje, w której to Wykonawca przypomina o nadchodzącym terminie przeglądu. Jeśli tak, proszę o wykreślenie tego zapisu. To Zamawiający będzie miał w swoim posiadaniu paszport techniczny oraz harmonogram stworzony przez Zamawiającego i to Zamawiający jako właściciel sprzętu powinien mieć pieczęć nad przeglądami gwarancyjnymi. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do terminowego wykonania przeglądów.  
Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2** (dotyczy zadania 2 – pkt 38 tabeli OPZ) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska, ponieważ w pkt 38 tabeli OPZ wydaje się, iż opis parametru urywa się i nie jest dokończony.

„Aparat wyposażony w kliniczną komputerową analizę zapisu KTG z zaawansowaną interpretacją opartą wstępnie” Prosimy o uściślenie na czym wstępnie oparta ma być analiza.”

Odp. Winno być: „Aparat wyposażony w kliniczną komputerową analizę zapisu KTG z zaawansowaną interpretacją opartą wstępnie wprowadzonym wiekiem ciąży”, w związku z powyższym wprowadza stosowne modyfikację.

**Pytanie 3** (dotyczy zadania 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby wraz z aparatem KTG zaoferować wózek pod aparat. Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o możliwość modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego dla zadania 2 w celu wyodrębnienia w nim dwóch pozycji o różnych stawkach VAT – aparatu KTG (8%) i wózka pod KTG(23%).

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania wózka do aparatu KTG w związku z powyższym wprowadza stosowne modyfikację.

**Pytanie 4** (dotyczy załącznika nr 6 – pkt 6 i 7 tabeli) Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na usunięcie wady niewymagającej importu części zamiennych do 4 dni roboczych (pkt 6 tabeli), a co za tymi idzie wydłużenie czasu naprawy do 4 dni roboczych, po których Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy (pkt 7 tabeli). W przypadku zmiany tabeli prosimy także o zmianę wzoru umowy w § 4 ust. 6 i 7.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5** (dotyczy wzoru umowy) Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych za odstąpienie od umowy do 5% w §5 ust. 2 i 3 wzoru umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy Zadania nr 2 pkt 2** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokografy o wysokiej rozdzielczości pomiaru FHR = 1 bpm, w których zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego wynosi 50-240 bpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7 dotyczy Zadania nr 2 pkt 3** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiologii o bardzo niskim natężeniu fali ultradźwiękowej wynoszącym mniej niż 2 mW/cm<sup>2</sup>?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8 dotyczy Zadania nr 2 pkt 5 oraz 6** Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu monitorującego ciśnienie i saturację pacjentki co wskazuje, że Zamawiający planuje wykorzystywać aparat również w celu monitoringu matki. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony aparat był wyposażony w komplet monitoringu matki, tj. NIBP, SPO2, EKG, RESP, TEMP oraz HR wraz z alarmem do tych pomiarów? Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał funkcję ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US? Jest to bardzo ważna i przydatna funkcja podczas pomiarów FHR z głowicy US.

Odp. Zamawiający wymaga aby dostarczony aparat był wyposażony w parametry monitoringu matki, tj. NIBP, SPO2 wraz z alarmem do tych pomiarów. Pozostałe dopuszcza.

**Pytanie 9 dotyczy Zadania nr 2 pkt 7** Prosimy o dopuszczenie do postępowania kardiologii w którym rozdzielczość badanego FHR za pomocą Dopplera pulsacyjnego wynosi 1 bpm a dokładność  $\pm 1$  bpm. Pragniemy zauważyć że parametry te są wysokim standardem dla badania FHR. Postawienie natomiast wymogu dokładności obliczania częstości pracy serca płodu  $\pm 0,25$  bpm nie ma żadnego uzasadnienia medycznego ani technicznego gdyż wartość FHR podawana jest zawsze jako wartość całkowita i nie występuje w postaci ułamkowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10 dotyczy Zadania nr 2 pkt 10** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiologii z możliwością ustawienia bazowej Toco na wartości 5, 10, 15 lub 20? Dla uzyskania prawidłowego wykresu skurczów macicy nie ma potrzeby ustawienia zerowania TOCO do wartości 0.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11 dotyczy Zadania nr 2 punktu 19** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiologii z rozbudowaną bazą danych (archiwum) zapisów KTG wraz z danymi pacjentki i badania KTG ale bez kalkulatora ciąży? Jako rozwiązanie równoważne oferujemy dostarczenie ręcznego kalkulatora ciążowego bardzo często wykorzystywanego przez położnych i lekarzy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12 dotyczy Zadania nr 2 punktu 20** Czy Zamawiający dopuści kardiologii z możliwością zapisu pojedynczej sesji badania KTG do 24 godzin? Żaden ciągły zapis KTG nie trwa dłużej niż 24 godziny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13 dotyczy Zadania nr 2 punktu 21** Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania kardiologii z wbudowaną drukarką termiczną o wysokiej rozdzielczości z wydrukiem na standardowym papierze termicznym z podziałką, z możliwością wydruku na papierze Philips oraz GE?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14 dotyczy Zadania nr 2 punktu 22,23,24,38** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wbudowaną automatyczną komputerową kliniczną analizę przedporodowego zapisu KTG rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, w której obliczane są parametry takie, jak: zmienność krótkoterminowa STV, zmienność długoterminowa LTV, skurcze, ruchy płodu, akceleracje, deceleracje? Oferowane przez nas rozwiązanie w pełni spełnia rekomendacje PTG oraz zapisy *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w*

*dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych w zakresie cyfrowej analizy zapisu.*

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15 dotyczy Zadania nr 2 punktu 25** Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści aparat, który umożliwi ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy za pomocą podświetlanego ekranu dotykowego z możliwością przeglądania wykresu oraz archiwum?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16 dotyczy Zadania nr 2 punktu 29** Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści aparat KTG obsługiwany zarówno przez ekran dotykowy jak i przyciski funkcyjne? Rozwiązanie takie jest dużo bardziej intuicyjne i wygodne, gdyż najczęściej stosowane przyciski znajdują się na przedzie aparatu a w dodatku w przypadku uszkodzenia ekranu dotykowego możliwa jest dalsza praca z aparatem.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17 dotyczy Zadania nr 2 punktu 31** Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na dostarczeniu specjalnych nakładek lub osłon na przyciski zapewniających wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18 dotyczy Zadania nr 2 punktu 34** Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną z możliwością rozbudowy poprzez dołączenie pamięci zewnętrznej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19 dotyczy Zadania nr 2 punktu 35** Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat wyposażony w 1 port USB oraz 1 złącze RJ45, które zgodnie z wymogiem Zamawianego spełniają funkcję archiwizowania zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20 dotyczy Zadania nr 2 punktu 36** Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat z dotykowym ekranem 12,1'' w którym nie ma możliwości podłączenia fizycznej klawiatury a dane wprowadza się za pomocą wygodnej dotykowej klawiatury ekranowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21 dotyczy Zadania nr 2 punktu 39** Prosimy o dopuszczenie aparatu o wadze około 6.3 kg. Jest to niewielka różnica w stosunku do wymogów SIWZ, mieszcząca się w granicach tolerancji nie mająca wpływu na wartość diagnostyczną urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22 dotyczy Zadania nr 2 punktu 40** Prosimy o dopuszczenie aparatu KTG o wymiarach 347mm x 330mm x 126mm. Pragniemy zauważyć, że wymóg opisany przez Zamawiającego określający dokładne wymiary wymaganego aparatu bezpośrednio wskazuje na jednego producenta i model aparatu KTG, co jest niezgodne z PZP.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.  
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Jolanta Dankiewicz*