

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ -2

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „**Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych**”, informujemy:

- 1 Czy w zadaniu nr 1 poz. 136 (Sevoflurane 250 ml – 30 butelek) Zamawiający wymaga sevofluranu w butelce z fabrycznie zamontowanym adapterem, kompatybilnym z parownikami które są na wyposażeniu Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga, adapter musi być kompatybilny z aparatami formy Drager.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański