SNW/ZP-371-48/2016

Żary, dn. 29.11.2016r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi, stolika opatrunkowego oraz skanera do żył na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o podstawie ze stali malowanej proszkowo z osłoną z tworzywa sztucznego, o konstrukcji z profili z anodowanego wytłaczanego aluminium oraz częściach bocznych i tyle z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

2. Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 3 szuflady o wys. 156mm, 1 szuflada o wys. 236mm - szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS, bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości, szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi, szuflady zamykane centralnie – zamiast półki środkowej i najniższej? Oferowane rozwiązanie z uwagi na równą wysokość szuflad jest równie korzystne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka ze specjalnie wyprofilowaną przestrzenią z tyłu wózka przestrzeń na pojemnik na odpady ostre, zamiast kosza do mocowania pojemników na odpady ostre. Jest to rozwiązanie równie funkcjonalne co wymagane.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści wózek, który zamiast pojemnika uniwersalnego do składowania małych przedmiotów wyposażony jest w 3 uchylne półki boczne, co jest rozwiązaniem korzystniejszym z punktu widzenia Zamawiającego, gdyż oferuje więcej przestrzeni do przechowywania akcesoriów dodatkowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach całkowitych: szerokość 89,2 cm, długość 59,4 cm i wysokość 105 cm, co jedynie w niewielkim stopniu odbiega od parametrów wymaganych, a wynika z przemyślanej konstrukcji i rozwiązań użytkowych oferowanego wózka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokada nie brudzące podłoża – koła o większej średnicy niż wymagane mają wpływ na łatwiejsze prowadzenie wózka i jego zwrotność, jest to wiec rozwiązanie lepsze od wymaganego.

   (zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych, z uwagi na fakt iż producent wózków nie wymaga przeprowadzania takowych. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Zadanie nr 2 Prosimy o rezygnację z paszportu w odniesieniu do wózka gdyż nie jest to urządzenie medyczne.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia montażu (instalacji) w zakresie oferowanego wózka. Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności montażowe nie są więc konieczne. Jednocześnie prosimy o rezygnację wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi wózków. Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

13. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wykonanym z profili stalowych, lakierowanych proszkowo?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

14. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcjami elektrycznymi za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu centralnego montowanego od strony nóg pacjenta?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

15. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców, segmentu nóg oraz wysokości elektrycznie oraz segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego? Łóżko wyposażone jest również w mechaniczną funkcję CPR oparcia pleców.
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

16. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami głęboko osadzanymi, bezpiecznymi, nie wymagającymi dodatkowych zabezpieczeń w postaci dźwigni, zatrzasków?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

17. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z płaskowników stalowych lakierowanych proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową hpl?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

18. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

19. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 10 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe składające się z dwóch szuflad, blatu główego, blatu bocznego składanego do boku szafki, przestrzeni na rzeczy pacjenta?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

21. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z szufladami bez mechanizmu samodomykajacego się?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

22. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z przestrzenią między szufladami, z dostępem tylko od frontu szafki? Boki szafki tworzy ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

23. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z jednym aluminiowym relingiem oraz dwoma listwami aluminiowymi, chroniącymi przedmioty przed upadkiem?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

24. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o wysokości 880 mm, szerokości 555 cm, głębokości 450 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

25. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z blatem 450 x 440 mm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

27. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z przestrzenią między szufladami o wysokości 16,7 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o wymiarach 2180 x 960 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o konstrukcji wykonanej z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką odejmowaną wykonaną z pręta o średnicy 4 mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką mocowaną na stałe?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi panelami z tworzywa ABS mocowane na stałe?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z 4 segmentowym leżem z wypełnieniem płyta HPL mocowaną na stałe?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z 4 segmentowym leżem z wypełnieniem płyta HPL odejmowaną?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją elektryczną realizowaną za pomocą pilota przewodowego, zamiast paneli wbudowanych w barierki boczne?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z panelem sterującym zlokalizowanym na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta oraz pilota przewodowego z możliwością zawieszenia go na barierki boczne, zamiast panelu wbudowanego w barierki? Dotyczy pkt. 9, 15 oraz 17.
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z szczytami nie poruszającymi się z leżem przy zmianie regulacji kąta uniesienia oparcia pleców oraz nóg?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z regulacją segmentów oraz wysokości za pomocą tylko pilota przewodowego?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z szczytami poruszającymi przy wraz z leżem przy zmianie wysokości leża?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w tuleje do mocowania szczytów bez możliwości zabezpieczenia przed wypadnięciem, rozwiązanie to jest bezpieczne poprzez głębokie osadzenie w gniazdach i nie powoduje wypadnięcia elementów z tulei?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne wyposażone w szczyty wykonane z polietylenu w technologii typu rotomuldingu z kolorowymi wklejkami (8 kolorów do wyboru), łatwo zmywalne, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych zatrzaskowych zawiasów lub dźwigni? W przypadku konieczności uzyskania szybkiego dostępu do pacjenta, personel medyczny może jednym ruchem zdemontować szczytu bez potrzeby szukania mechanizmu odblokowującego?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania oraz rozkładania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy, na ergonomicznej wysokości?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania jednym ruchem?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne o wysokości 37 cm?
Odp. Zamawiający dopuści.

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania oraz rozkładania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami bocznymi zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25mm, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą składany blat boczny?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez mechanizmu bezawaryjnej konstrukcji dwóch wysuwanych kolumn?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wysokości 87 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o szerokości 53 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o głębokości 34 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z regulacją wysokości blatu w zakresie 75-110?
Odp. Zamawiający dopuści.

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której szerokość blatu stałego wynosi 45 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której wysokość przestrzeni wynosi 15,4 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Wiesław Olszański