

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, testów laboratoryjnych oraz szwów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Zadanie nr 1 Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe pojemniki na mocz o poj. 125 ml z podziałką i zakrętką o wymiarach  $\varnothing 60 \times 75$  mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Zadanie nr 1 Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki do mikrometody standardowe – niesterylne, bez lejka z żółtym korkiem?

*W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego Zadania zwiększy to konkurencyjność złożonych ofert.*

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

3. Zadanie nr 1 Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki o wym. 25x80 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie nr 1 Poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapilary o poj. 98 ul, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Zadanie nr 1 Poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zatyczki do kapilar o poj. 98 ul?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Zadanie nr 1 Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mieszadełka do kapilar o poj. 98 ul?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Zadanie nr 1 Poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety o długości 15 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Zadanie nr 1 Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nalepki o wymiarze 20x35 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Zadanie nr 1 Poz. 37 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki do mikrometody standardowe – niesterylne, bez lejka z czerwonym korkiem?

*W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego Zadania zwiększy to konkurencyjność złożonych ofert.*

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zadanie nr 1 Poz. 39 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z PS o poj. 12 ml (fi17x105 mm) stożkowe na 1 ml osadu, ze znacznikami poj: 2, 4, 6, 8, 10 i 12 ml oraz z korkiem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

11. Zadanie nr 1 Poz. 39 - Czy Zamawiający zaakceptuje by nalepki zaoferować osobno?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

12. Zadanie nr 1 Poz. 43 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania próbówki do mikrometody standardowe – niesterylne, bez lejka z białym korkiem?

*W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego Zadania zwiększającego konkurencyjność złożonych ofert.*

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

13. Dot. SIWZ Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych (netto i brutto) za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Ponadto, wymóg określenia w formularzu cenowym cen jednostkowych (zarówno netto i brutto) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, może powodować, że cena jednostkowa netto i brutto będzie taka sama, dlatego też w takich wypadkach zasadne jest dopuszczenie cen jednostkowych netto i brutto, a przynajmniej brutto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku – „jeśli cena jednostkowa netto i brutto miałyby być taka sama, możliwe jest wyrażenie ceny jednostkowej w tysięcznych i dziesięciotysięcznych częściach złotego” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 8/09).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Dot. Projektu umowy § 2 ust. 5 W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

15. Dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

16. Dotyczy Projektu umowy § 3 ust.1 Prosimy o wykreślenie składania zamówień drogą telefoniczną. Składanie reklamacji drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ może prowadzić do nieporozumień między stronami, spowodowanymi brakiem dowodów. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna również odbywać się drogą pisemną.

Odp. Zgodnie ze SIWZ. § 3 ust.1 wyrażnie określa, że w pprzypadku złożenia zamówienia telefonicznie Zamawiający ma obowiązek potwierdzić faxem lub e-mailem złożenie tego zamówienia.

17. Dotyczy Projektu umowy § 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Dotyczy Projektu umowy § 3 ust. 5 Czy Zamawiający zgodzi się aby zamiast daty produkcji była podana jedynie data ważności (przydatności do użycia)?

W przypadku towarów importowanych trudno ustalić datę produkcji, a producenci w większości przypadków oznaczają swoje towary datą ważności, data produkcji jest natomiast identyfikowana poprzez numer serii.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

19. Dotyczy Projektu umowy § 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu .... dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

20. Dotyczy Projektu umowy § 6 ust. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości nie zrealizowanej w terminie CZEŚCI dostawy za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

21. Dotyczy Projektu umowy § 8 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

22. Zadanie nr 1, pozycja 1 oraz pozycja 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga końcówek typu Eppendorf czy Gilson?

Odp. Zamawiający wymaga końcówek do 200 ul – Gilson Superior, do 1000ul – Eppendorf Superior, do 5000 ul – uniwersalne, do 10 ul – Eppendorf crystal.

23. Zadanie nr 1, pozycja 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej 120ml i całkowitej 140ml (wym. 66x77)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

24. Zadanie nr 1, pozycja 11 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga na probówkach nalepek czy nadruku ?

Odp. Zamawiający dopuszcza nadruk oraz nalepka.

25. Zadanie nr 1, pozycja 11 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga probówek z tworzywa MEDOPLAST?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. Zadanie nr 1, pozycja 11 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 11 ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. Zadanie nr 1, pozycja 12 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce), a nie nalepki naklejonej na probówkę, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

28. Zadanie nr 1, pozycja 13 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 30x80mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

29. Zadanie nr 1, pozycja 20 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf o podwyższonej przezroczystości, z płaskim wieczkiem, na którym można opisywać próbkę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. Zadanie nr 1, pozycja 20 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

31. Zadanie nr 1, pozycja 13 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści nalepki o wymiarach 20x40mm?

Odp. W pozycji 27 Zamawiający dopuszcza nalepki o podanych wymiarach.

32. Zadanie nr 1, pozycja 33 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2l?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

33. Zadanie nr 1, pozycja 34 Prosimy o wyjaśnienie czy jakiego podłoża oczekuje Zamawiający – Amies/Stuart/ Amies+C/Stuart+C?

Odp. Zamawiający wymaga wymazówek z podłożem Amies klasy I sterylne ze znakiem CE oraz dopuszcza wymazówki z podłożem Amies klasy medycznej IIA.

34. Zadanie nr 1, pozycja 35 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**35 Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2, poz.1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówko strzykawki EDTA K3 o średnicy 11mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**36. Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2, poz. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówko strzykawki EDTA K3 o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**37. Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2, poz. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówko strzykawki o średnicy 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**38. Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2, poz. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówko strzykawki o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**39. Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2, poz. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówko strzykawki o średnicy 11mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**40. Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2, poz. 7, 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówko strzykawki o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**41. Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2, poz. 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówko strzykawki o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

42. **Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2, poz. 13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbkówko strzykawki o średnicy 11mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

43 Zadanie nr 3 Poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test płytkowy do wykrywania antygeny RSV w wydzielinie nosowo-gardłowej wraz z wymazówkami, buteleczkami z zakraplaczem zawierającym roztwór ekstrakcyjny, nakraplaczami oraz kontrola dodatnią?  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

44. Zadanie nr 3 Poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test płytkowy do wykrywania antygeny Streptococcus pneumoniae w moczu o czułości 79%, bez kontroli oraz bez wymazówek?  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Olszański*