

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Zakup ratalny sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Dot. Zadania nr 5 pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez zintegrowanego zaczepu do zawieszenia na poręczy łóżka, zamiast tego wyposażony w uchwyt do transportu i z możliwością łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
2. Dot. Zadania nr 5 – pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią trendów tabelarycznych oraz graficznych mierzonych parametrów 160 godzin z rozdzielczością min. 1 minuta?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
3. Dot. Zadania nr 5 – pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor pracujący na zasilaniu sieciowym 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego z własnym zasilaniem akumulatorowym przez min. 2godziny, akumulator wymienialny z użyciem narzędzi?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
4. Dot. Zadania nr 5 – pkt. 9 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z prostą aktualizacją oprogramowania poprzez gniazdo USB i możliwością przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
5. Dot. Zadania nr 5 – pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z analizą odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST.
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
6. Dot. Zadania nr 5 – pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wyświetlaniem danych HR bez %odchyień od normy i prezentacji wyników w postaci wykresu kołowego bądź słupkowego?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
7. Dot. Zadania nr 5 – pkt. 20 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym tętna 20-250 bpm w technologii producenta SPO2?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
8. Dot. Zadania nr 5 – pkt. 21 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością stosowania oryginalnych czujników wiodącego producenta Nellcor , przy zastosowaniu kabla połączeniowego będącego na wyposażeniu kardiomonitora ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Dot. Zadania nr 5 – pkt. 22 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego 40-270 mmHg?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
10. Dot. Ssak transportowy. Czy Zamawiający dopuści ssak akumulatorowo – sieciowy z przepływem, bez torebki na akcesoria, o wadze ok. 5,6 kg, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Brak dodatkowej torebki na akcesoria zmniejszy ofertę cenową i umożliwi zaproponowanie tańszego produktu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
11. **Dot. Ssak transportowy.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
12. W związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety.
Odp. Tak.
13. W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach którego konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
Odp. Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety
14. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż na każdy z pakietów z osobna będzie wystawiona osobna FV oraz osobny harmonogram spłat rat.
Odp. Tak.
15. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 1 ppkt. d) części VII SIWZ. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia jest również sprzęt medyczny, który standardowo nie wchodzi w skład wyposażenia ambulansu (np. lampa operacyjna).
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
16. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór przedmiotu umowy. Raty następne będą płatne do końca miesiąca następującego po płatności poprzedniej raty.
Odp. Tak.
17. Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt. 1 pkt. B w części XIV SIWZ, tj. kryterium oceny ofert. Zamawiający podaje, iż minimalnym okresem gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca jest okres 24 miesięcy, natomiast w tabeli pkt. B. widnieje zapis, iż za zaoferowany okres gwarancji do 23 miesięcy Zamawiający otrzyma 0 pkt.
Odp. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji.
18. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie Zapisu w pkt. 1 ppkt. B części XIV dotyczący zadania nr 1, tj. zakupu ratalnego ambulansu transportowego. Pragniemy zauważyć, iż w niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia nie jest ambulans.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
19. Prosimy o zmianę w zakresie Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający w pkt 3. „Łączna wartość rat” wskazał 36 rat, czy nie powinno być 24 raty?

Odp. Powinny być 24 raty.

20. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wskazanego w pkt. 6 oraz pkt. 7 tabeli pn. „Gwarancje i serwis” załącznika nr 6 do SIWZ oraz §5 ust. 6 i 7 wzoru umowy do 5 dni roboczych dla napraw niewymagających importu części.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
21. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 11 tabeli warunków gwarancji i serwisu załącznika nr 6 do SIWZ, tak aby 5 uzasadnionych reklamacji tej samej części aparatury obligowało Wykonawcę do wymiany aparatury na nową. Pozostawienie obecnych zapisów w umowie podnosi ryzyko po stronie Wykonawcy i spowoduje znaczny wzrost ceny oferty.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
22. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie gwarancji sprzedaży części zamiennych od dnia podpisania umowy przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
23. Prosimy Zamawiającego o dodanie w §5 ust. 6 projektu umowy następującej treści: „Zgłoszenie liczone będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że fax, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym”.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
24. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w §4 ust. 4 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.
Odp. Tak.
25. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary określonej w §6 ust. 2 pkt. 2) do 5%.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
26. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
27. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
30. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
32. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
33. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
34. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
35. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
 2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: <http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>. *
 3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.
- Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
36. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
 3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo, jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy”
- Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
37. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez **Wykonawcę** z siedzibą w przy al., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla pod nr KRS: NIP: REGON: o kapitale zakładowym w wysokości zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W/w klauzula będzie stanowiła załącznik nr 1 do umowy.

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących przysługującego Zamawiającemu prawa do złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.
 3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
 4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
 5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
 8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
 9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
39. Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z ilością diod LED - 108? – dotyczy l.p. 4

Odp. Zamawiający dopuści.

40. Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z poborem mocy 150W? – dotyczy l.p. 5
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
41. Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z elektryczną regulacją średnicy pola, realizowaną z uchwyty sterylnej? – dotyczy l.p. 9
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
42. Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy ze średnicą pola roboczego regulowaną w zakresie 240-340mm? – dotyczy l.p. 10
Odp. Zamawiający dopuszcza.
43. Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z 7-stopniową regulacją natężenia światła? – dotyczy l.p. 12
Zamawiający dopuszcza.
44. Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy o współczynniku odwzorowywania barw Ra=95? – dotyczy l.p. 14
Odp. Zamawiający dopuszcza.
45. Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy o stopniu ochrony IP54? – dotyczy l.p. 19
Odp. Zamawiający dopuszcza.
46. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną o budowie modułowej – czasza składająca się z 6 modułów świetlnych, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
47. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod w 2 odcieniach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
48. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną, której kopuła z LED-owym źródłem światła składa się z 90 diod LED? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego o ile lampa spełnia pozostałe, istotne parametry dotyczące oświetlenia.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
49. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną, której kopuła z LED-owym źródłem światła składa się z 39 diod LED? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego o ile lampa spełnia pozostałe, istotne parametry dotyczące oświetlenia.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
50. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną, której kopuła z LED-owym źródłem światła wyposażona jest w 60 białych diod LED? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego o ile lampa spełnia pozostałe, istotne parametry dotyczące oświetlenia.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
51. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną, której kopuła z LED-owym źródłem światła wyposażona jest w 30 białych diod LED? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego o ile lampa spełnia pozostałe, istotne parametry dotyczące oświetlenia.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

52. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną o takiej konstrukcji, która umożliwia zaciśnięcie całej dłoni na czaszy, co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu lampy bez potrzeby stosowania uchwytu brudnego, który stanowi potencjalne ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń, utrudnia dezynfekcję i może zaburzać obieg powietrza z nawiewu laminarnego? Wiodący producenci lamp operacyjnych odchodzą od stosowania uchwytów brudnych w formie rączek czy relingów w celu zachowania jak najwyższej aseptyki.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
53. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną z płynną, elektroniczną regulacją średnicy pola operacyjnego realizowaną za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy oraz za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowania? Taka regulacja daje taką samą precyzję ustawiania wiązki światła i jest znacznie mniej podatna na awarie w stosunku do rozwiązań opartych na ruchomych, mechanicznych elementach.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
54. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola roboczego w zakresie 20 – 42cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
55. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola roboczego w zakresie 15 – 32cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
56. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w 6 stopniach w szerszym zakresie tj. 5-100%?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
57. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000°K w pięciu krokach? Jest to rozwiązanie nowocześniejsze, pozwalające na dobranie odpowiedniej temperatury barwowej w zależności od przeprowadzanego zabiegu i preferencji chirurga.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
58. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną o wskaźniku odwzorowania barw (CRI) na poziomie Ra=95? Oferowany parametr tylko minimalnie odbiega od wymaganego i nie będzie zauważalny gołym okiem. Ponadto oferowana lampa charakteryzuje się wysokim odwzorowaniem barwy czerwonej R9 na poziomie również 95.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcą czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści SIWZ postanowił przedłużyć termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 20.11.2017r. godz. 13:00

Nowy termin otwarcia ofert: 20.11.2017r. godz. 13:15

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Jolanta Dankiewicz