



Żary, dn. 09.05.2022 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-21/2022

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania na sukcesywną dostawę środków czystości.

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty na sukcesywną dostawę środków czystości, w związku z otrzymanym zapytaniem, Zamawiający wyjaśnia:

Czy w zadaniu nr 6 – Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny, niskopieniący środek do maszynowego mycia i płukania oraz dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, pH koncentratu 2,0 +/- 0,5, gęstość 1,100 g/cm³, zawierający związki kompleksujące i inhibitory korozji, posiadający opinię producenta dot. zastosowania w myjniach Erlen?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami w specyfikacji asortymentowo-cenowej Zamawiający oczekuje dostawy środka o wartości pH ok. 6.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Jolanta Dankiewicz