



Żary, dnia 22 lutego 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-09/2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę spiralnego tomografu komputerowego oraz strzykawki automatycznej do podawania kontrastu wraz z kompleksowym świadczeniem usług serwisowych.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

### Pytanie nr 1:

#### **Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania tomografu komputerowego wyprodukowanego w 2014 r. Wskazujemy, iż aparat, który pragniemy zaoferować spełnia wszystkie parametry Zamawiającego opisane w Załączniku nr 2 i w żaden sposób nie odbiega jakością od aparatów wyprodukowanych w okresie późniejszym tj. np. w 2019 r. Ponadto, wskazujemy, iż w okresie dzierżawy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawności aparatu w związku z powyższym Zamawiający ma zagwarantowaną pełną opiekę serwisową oraz zabezpieczone prawidłowe działanie aparatu.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza.

### Pytanie nr 2:

#### **Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat nowy ?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 3:

#### **Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt 7**

Czy Zamawiający dopuści system o nośności stołu wynoszącej 205kg? Jest to wartość typowa i wystarczająca dla większości wykonywanych procedur TK. Nośności powyżej 250 kg są wymagane jedynie w specjalistycznych przypadkach bariatrycznych.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza. Maksymalne obciążenie stołu tak jak stanowi zapis w *Zestawieniu minimalnych parametrów i warunków wymaganych*.

**Pytanie nr 4:**

**Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt 29**

Czy zamawiający dopuści aparat o rozdzielczość 7,5 pl/cm dla 50% krzywej MTF? Zwracamy uwagę, że jest to wartość zgodna z wymaganiami NFZ dla pracowni diagnostycznych.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie dopuszcza. Rozdzielczość aparatu tak jak stanowi zapis w *Zestawieniu minimalnych parametrów i warunków wymaganych*.

**Pytanie nr 5:**

**Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt VI**

Zamawiający wyspecyfikował rozwiązanie firmy GE Healthcare. Czy Zamawiający dopuści równoważną stację opisową innego producenta posiadającą dedykowane oprogramowanie dentystyczne, przeglądarki 2D, 3D, MPR, do analizy naczyniowej ( z funkcjami autobone), analizy płuc oraz wirtualnej kolonoskopii?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający dopuszcza, przy czym rozwiązania równoważne nie gorsze od opisanych w SWZ, a ich zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem.

**Pytanie nr 6:**

**Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt 59**

Czy zamawiający dopuści system bez rekonstrukcji MPR w czasie rzeczywistym? Pragniemy zaznaczyć, że oferowany system posiada rozbudowane narzędzie do prezentacji MPR w postprocesingu.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 7:**

**Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt 60 i 65**

Czy zamawiający dopuści system nie posiadający funkcjonalności opisanej w tym punkcie? W praktyce taka funkcjonalność może być niewykorzystywana, ponieważ to na operatorze spoczywa obowiązek doboru zakresu badania, tak aby zminimalizować dawkę jaką otrzyma pacjent.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8:**

**Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt 64**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu bez funkcjonalności badań dwuenergetycznych? W tej klasie aparatów badania dwuenergetyczne są wykonywane przy pomocy techniki dwóch oddzielnych skanów co jest obciążone wieloma wadami i w praktyce zapewne nie będzie ta funkcjonalność wykorzystywana.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9:**

**Dot. Załącznik nr 2, Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, pkt 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu dzierżawy do 60 miesięcy z uwzględnieniem faktu, iż po upływie ww. okresu Zamawiający będzie miał możliwość wykupu urządzenia na preferencyjnych warunkach, w kwocie stanowiącej kilkakrotność raty miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
*Jolanta Dankiewicz*

