

Żary, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-16/2021

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę rękawic medycznych

Zamawiający, w związku z zapytaniem Wykonawcy do treść zapytania ofertowego do ww. postępowania wyjaśnia:

### Pytanie

Zadanie nr 2 poz. 3

Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wydzielenie w/w pozycji, (z jednoczesnym odstąpieniem od wymogu dostarczenia podajników, które stanowią zablokowanie udziału większości firm w przedmiotowym postępowaniu na zakup rękawic – naszej wiedzy wynika, iż takie uchwyty posiada tylko jeden wykonawca nie będący pośrednikiem handlowym, a co za tym idzie narazi to Zamawiającego na znacznie wyższe ceny zakupu rękawic), tym samym utworzenie dla niej osobnej części.

Ponadto, w związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki oraz ograniczona dostępność rękawic. Państwa zgoda na podział zadania da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

- a) w rozmiarach S, M, L, XL;
- b) pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów, ftalanów, tiazolu oraz MBT z odstąpieniem od ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone deklaracją producenta (z odstąpieniem od badań metodą HPLC);

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174), ASTM D 6978 (31 substancji cytotatycznych).

### Wyjaśnienie.

Zamawiający nie wydziela z zadania 2 poz. nr 3 oraz utrzymuje zapis poz. nr 4 w specyfikacji asortymentowo-cenowej.

Zamawiający dopuszcza rękawice w wymiarach S- XL oraz dopuszcza rękawice pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów, ftalanów, tiazolu oraz MBT z odstąpieniem od ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone deklaracją producenta.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
*Jolanta Dankiewicz*